



MicroDrop® *mesh*

Gebrauchsanweisung / Instruction manual

DE


EN

Inhalt**SEITE**

Ausstattung	4
Produktbeschreibung	5
Zusammensetzung des MicroDrop® mesh Verneblers	6
Wie funktioniert die Mesh Technologie?	7
Vorteile des MicroDrop® mesh Verneblers	8
Hinweise zur Medikamentenvernebelung	8
(Kontra-)Indikationen / Wichtige Hinweise	9
Garantiebedingungen	13
Verwendung des USB-Kabels	14
Einsetzen der Batterien / Lebensdauer und Wechsel der Batterien	15
Einfüllen des Medikaments	16
Anstecken des Mundstücks oder der Silikon-Masken	18
Anschluss der Silikon-Babymaske (optionales Zubehör)	18
Inhalationsvorgang starten / beenden	19
Reinigung	20
Desinfektion	22
Thermische Desinfektion	23
Verstopfte Mesh-Platte	24
Reinigung des Basisgerätes	25
Austausch des Verneblerkopfes / Wiedereinsatz	25
Technische Daten	26
Symbole	27
Entsorgung	28
Elektromagnetische Verträglichkeit	29
Bestellinformationen	30

Ausstattung

1




3



5



7




9



2



4



6



8



MicroDrop® mesh

Professionelles Inhalationsgerät für die unteren Atemwege

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.


Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Vorstellungen unserer Kunden gerecht zu werden und moderne Produkte für die Behandlung von Atemwegserkrankungen anzubieten. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf, damit Sie diese auch später noch zu Rate ziehen können. Das Gerät soll entsprechend der Gebrauchsanweisung eingesetzt werden. Es handelt sich um ein Medizinprodukt für die Anwendung zu Hause. Es soll mit vom Arzt verschriebenen oder empfohlenen Arzneimitteln verwendet werden.

Auf der Internet-Seite www.mpvmedical.com können Sie sich über die gesamte Produktpalette von **MPV MEDICAL** informieren.

1. Verneblerkopf
2. Basisgerät
3. Mundstück
4. 2x AA Batterien
5. Silikon-Erwachsenenmaske
6. Silikon-Kindermaske
7. Adapter für Masken
8. Aufbewahrungstasche
9. USB-Kabel

Zusammensetzung

des MicroDrop® mesh Verneblers




- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Verneblerkopf | 5 AN / AUS Knopf | 9 Mundstück |
| 2 Mesh Platte | 6 Knopf zum Lösen des Verneblerkopfs | 10 Adapter für Silikonmasken |
| 3 Elektroden | 7 USB-Anschluss | 11 Silikonmasken |
| 4 Basisgerät | 8 Batterie Fach | |

Wie funktioniert die Mesh Technologie?

Ein Mesh Vernebler funktioniert anders, als ein herkömmliches Kompressor Inhalationsgerät und ist deswegen besonders leise und leicht.

Im Inneren des Verneblerkopfes befindet sich eine gewölbte Bodenplatte mit präzisionsgebohrten Löchern – ähnlich wie bei einem Sieb. Alle Löcher sind dabei exakt gleich groß.

Nun füllt man das Medikament auf diese Bodenplatte ein. Durch die Oberflächenspannung „schwimmt“ es zunächst auf der Platte. Sobald man das Gerät einschaltet, verursacht ein sogenanntes Piezo-Element Vibrationen, die sich auf die Platte übertragen (ähnlich wie bei der Ultraschalltechnologie). Durch die Vibrationen wird das Medikament durch die Löcher der Bodenplatte gepumpt. Die sehr gleichmäßige Tröpfchengröße des Aerosols wird dabei durch den Durchmesser der Löcher bestimmt.



Vorteile des MicroDrop® mesh Verneblers

Der MicroDrop® mesh hat den Vorteil, dass er sehr klein und leise ist und das Inhalat nicht erhitzt wird. Damit ist mobiles und diskretes Inhalieren überall möglich:

- Besonders feine Teilchen: 3,35 µm MMAD (gemäß ISO 27427:2019 Annex D)
- Sehr hoher Anteil feiner Teilchen $RF < 5 \mu m$: 62,15 %
- Einfache Energieversorgung: über handelsübliche AA-Batterien oder USB-Kabel (am Computer, im Auto oder Powerbank)
- leicht zu halten: nur 96 g ohne Batterien
- Restinhalat: 0,01 mg, vollständige Verneblung des gesamten Inhalats möglich, dies spart Medikamente
- Biokompatible Materialien und DEHP/Phthalatfrei
- Leise und diskret; eine nahezu lautlose Vernebelung ist möglich

Hinweise zur Medikamentenvernebelung

Gelegentlich ist es zu beobachten, dass es bei Suspensionen zum Schäumen bzw. Verstopfen der Mesh-Löcher kommen kann. Bitte wenden Sie sich vorab an den Hersteller des Medikaments bzw. Ihren Apotheker um abzuklären, ob das verordnete Medikament für Mesh Vernebler geeignet ist.

(Kontra-) Indikationen

Das vorliegende Gerät dient zur Therapie bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigung der unteren Atemwege bei Lungenerkrankungen (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Asthma bronchiale, Mukoviszidose, Emphysem, Bronchiektase, Lungenfibrose, Lungenmykose)

Kontraindikationen:

Darf nicht in Beatmungssystem integriert werden. Für die Behandlung von Babys und Kleinkindern, die noch nicht mit dem Mundstück inhalieren können, gibt es spezielle Masken und Babywinkel. Der Vernebler ist nur für Patienten geeignet, die selbständig atmen und bei Bewusstsein sind.

Wichtige Hinweise

⚠ Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch und regelmäßig während der gesamten Lebensdauer des Produkts den Vernebler und die Zubehörteile auf mögliche Schäden. Weisen diese Teile Kabel-Schäden auf, bringen Sie das Gerät sofort zu dem Fachhändler bei dem Sie das Gerät erworben haben.

- In der Gegenwart von Kindern und pflegebedürftigen Personen muss das Gerät unter der strengen Aufsicht eines Erwachsenen, der die Gebrauchsanweisung gelesen hat, eingesetzt werden.
- Einige Einzelteile des Gerätes sind so klein, dass sie von Kindern verschluckt werden können; deshalb das Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Verwenden Sie das Kabel des Gerätes zu keinem anderen als dem angegebenen Zweck, da die Gefahr der Strangulation besteht. Besonderes Augenmerk muss auf Kinder und Personen mit speziellen Einschränkungen gelegt werden. Üblicherweise sind diese Personen nicht in der Lage, die Gefahr korrekt einzuschätzen.
- Das Gerät darf nicht mit anästhetischer Mischung gebraucht werden, die sich bei Kontakt mit Luft oder Sauerstoff oder Distickstoffmonoxid (Lachgas) entzünden können.
- USB-Kabel immer fernhalten von warmen Oberflächen.
- Halten Sie das USB-Kabel fern von Tieren (z.B. Nagetieren), da sie die Isolierung des USB-Kabels beschädigen können.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an, und verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (zum Beispiel beim Duschen oder Baden). Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Falls es doch passieren sollte, bringen Sie das Gerät sofort zu Ihrem Fachhändler.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einer staubfreien Umgebung, um die Therapie nicht zu beeinflussen.
- Das Gerätegehäuse ist nicht wasserdicht und Flüssigkeiten können in das Gerät eintreten. Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasserspritzern oder anderen Flüssigkeiten.

Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen aussetzen.

- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, ins Sonnenlicht oder in zu heißen Räumen auf.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von Personal durchgeführt werden, das autorisiert ist. Andernfalls erlischt die Garantie und der Benutzer kann gefährdet werden.

Keinerlei Änderungen am Gerät ohne vorherige Genehmigung des Herstellers vornehmen.

- Der Hersteller, der Verkäufer und der Importeur haften nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Apparats, wenn: a) er gemäß der Gebrauchsanleitung genutzt wird und b) die elektrische Anlage des Raumes, in dem er genutzt wird, den Vorschriften und geltenden Gesetzen entspricht.
- Wechselwirkungen: Die verwendeten Materialien, die mit den Arzneimitteln in Kontakt kommen, wurden mit einer großen Bandbreite von Arzneimitteln getestet. Trotzdem ist es wegen der Vielfalt und der ständigen Weiterentwicklung der Arzneimittel nicht möglich, Wechselwirkungen auszuschließen. Wir empfehlen daher, Arzneimittel nach dem Öffnen so schnell wie möglich aufzubrauchen und längeren Kontakt mit dem Vernebler zu vermeiden.
- Der Hersteller sollte zum Berichten von Problemen und/oder unerwarteter Vorfälle beim Gerätebetrieb kontaktiert werden.
- **Wartungshinweise:** Dieses Produkt ist wartungsfrei.

⚠ Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Angaben dieser Gebrauchsanleitung und den Anweisungen Ihres Arztes folgen, damit Sie dieses Produkt korrekt anwenden.

- Folgen Sie bezüglich Medikation, Dosierung und Anwendungsdauer bitte den Anweisungen Ihres Arztes
- Die Angaben zu den technischen Daten des Gerätes können je nach eingefülltem Medikament leicht variieren.
- Dies tritt besonders bei Medikamenten mit hoher Oberflächenspannung oder Viskosität auf. Die Verneblungsrate kann dann unter Umständen reduziert sein.
- Die Verneblungsrate kann sich ebenso verringern, wenn das Medikament eine niedrige Temperatur aufweist.
- Inhalieren Sie kein Trink- oder Leitungswasser in der Verneblerkammer. Dies kann zu einer Verschlimmerung Ihrer Symptome führen
- Öffnen Sie das Gerät niemals gewaltsam. Dies könnte zu Schäden führen.
- Reinigen Sie den Mesheinsatz nie mit einem Tuch oder einer Nadel. Dies führt zu Schädigungen des Gerätes und zur Reduktion der Therapieeffizienz.
- Lassen Sie keine Medikamentenflüssigkeit auf das Gehäuse tropfen. Falls dies doch geschieht, reinigen Sie es sofort mit einem trockenen Lappen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder setzen es groben Kräften aus. Dies kann zu Schädigungen des Gerätes führen.

Garantiebedingungen


Es wird eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährt und zwar für alle Defekte die durch Design und verwendete Materialien entstanden sind.

- Die Garantie besteht aus kostenloser Reparatur oder Austausch der defekten Teile mittels Originalersatzteile.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf das mit dem Gerät gelieferte Zubehör oder die Teile, die normalem Verschleiß unterliegen.
- Das Gerät darf nur beim autorisierten Händler oder im MPV MEDICAL Service-Center repariert werden.
- Das Gerät muss innerhalb von 8 Tagen nach Auftreten des Defekts zur Reparatur eingesandt werden.
- Kosten für den Transport des Geräts gehen zu Lasten des Kunden.
- Reparaturen, die nicht unter die Garantiebedingungen fallen, gehen zu Lasten des Kunden.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch missbräuchliche Verwendung, falsche Benutzung, absichtliche Beschädigung, Fallen lassen des Geräts, höherer Gewalt oder beim Transport entstanden sind.
- Die Garantie schließt keine Ersatzleistungen für jegliche Personen- oder Sachschäden ein, weder direkt oder indirekt, die aus einer Nichtfunktion des Geräts entstanden sind.
- Die Garantie ist ab dem Kaufdatum auf dem Kaufbeleg (Kassenbeleg oder Rechnung) gültig.

Verwendung des USB-Kabels

Die Geräteeinheit verfügt über Batterien oder ein USB-Kabel als Energieversorgung.

⚠ Bitte beachten Sie, dass das USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss auf eine Spannung von 5V ausgelegt ist.




Verbinden Sie das Kabel mit dem Basisgerät, wie in der Abbildung zu sehen. Den USB Stecker verbinden Sie entweder mit einer handelsüblichen Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten) oder per entsprechendem Adapter mit dem Stromnetz im Auto oder Haus. Bitte achten Sie dabei auf die korrekten Anschlüsse und Spannungsvorgaben des jeweiligen Netzes.

Einsetzen der Batterien

⚠ Bitte beachten Sie, dass Sie keine wieder aufladbaren Batterien in diesem Gerät verwenden sondern Standard AA-Alkaline-Batterien!

1. Öffnen Sie das Batteriefach
2. Setzen Sie die 2x AA Batterien ein und achten Sie dabei bitte auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach



Lebensdauer und Wechsel der Batterien


- Bei der Verwendung von Alkaline Batterien kann der **MicroDrop® mesh** für ca. 3 Tage benutzt werden (bei einer Anwendungsdauer von ca. 30 min. am Tag)
- Wenn das Licht des AN/AUS Schalters schnell blinkt, sind die Batterien bald leer. Ersetzen Sie die Batterien dann durch zwei neue.

Bitte beachten:

- Setzen Sie die Batterien niemals mit falscher Polarität ein (+ und -).
- Ersetzen Sie leere Batterien unverzüglich durch neue.
- Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen möchten, entnehmen Sie die Batterien. Ansonsten können die Batterien auslaufen und das Gerät schädigen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien für den Betrieb des Gerätes. Verwenden Sie keine alten oder halb leeren Batterien.


Einfüllen des Medikaments

- ⚠ Vor jedem Gebrauch den Verneblerkopf und die Zubehörteile, wie im Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“ beschrieben, aufbereiten.**
- ⚠ Es wird empfohlen, dass der Verneblerkopf und die Zubehörteile immer von der gleichen Person verwendet werden, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden.**



1. Öffnen Sie den Verneblerkopf
2. Befüllen Sie die Verneblerkammer mit der Inhalationslösung (max 8 ml). Bei Überfüllung läuft Lösung während der Inhalation aus.
3. Schließen Sie den Verneblerkopf fest zu.

Alternativ können Sie die Verneblerkammer auch befüllen, wenn der Verneblerkopf vom Basisgerät abmontiert ist. Nehmen Sie dazu den Verneblerkopf wie unten beschrieben vom Basisgerät ab und befüllen die Kammer. Verschließen Sie die Verneblerkammer fest und stecken Sie den Verneblerkopf anschließend wieder auf das Basisgerät.




1. Halten Sie den Knopf für den Verneblerkopf gedrückt und ziehen Sie ihn nach vorne vom Basisgerät ab.
2. Verbinden Sie den Verneblerkopf mit dem Basisgerät, indem Sie ihn von vorne aufstecken. Ein „Klick-Geräusch“ bestätigt den korrekten Sitz.


Anstecken des Mundstücks oder der

Silikon-Masken

- ⚠ Die Inhalation mit Mundstück ist die effektivste Variante. Eine Maskeninhalation wird nur bei Personen empfohlen, die nicht mit dem Mundstück inhalieren können (Kinder unter 5 Jahren oder ältere, bzw. körperlich eingeschränkte Personen).



Anstecken des Mundstücks



Anstecken der Maske

Anschluss der Silikon-Babymaske (optionales Zubehör)



Um die Babymaske an den Vernebler anzuschließen, stecken Sie bitte die kurze Seite des Baby-Winkels (optionales Zubehör) auf den Stutzen des Verneblerkopfes auf. Anschließend stecken Sie die Maske auf die lange Seite des Winkelstücks.



Inhalationsvorgang starten

Halten Sie das Basisgerät in der Hand und **drücken Sie auf den AN/AUS Knopf**.

Das Hintergrundlicht des AN/AUS Knopfes blinkt langsam (ca. 4 Sek. Intervall) während der Inhalation



Falls sich zu viel Kondensat oder Speichel auf der Außenseite des Verneblerkopfes ansammelt, kann die Verneblung stoppen. Schalten Sie das Gerät bitte aus und wieder ein. Falls das Gerät dann nicht vernebelt, schalten Sie wieder aus und entfernen Sie die Feuchtigkeit durch Schütteln des Verneblerkopfes oder mit einem fusselfreien Tuch. Dann Schalten Sie wieder ein.

- Falls das verwendete Medikament eine hohe Oberflächenaktivität aufweist, kann es aus dem Mesheinsatz herausströmen. Der **MicroDrop® mesh** weist dann unter Umständen eine verringerte Verneblungsrate auf.
- Ein zischendes Geräusch während der Inhalation ist normal und stellt kein Problem dar.

Inhalationsvorgang beenden

Halten Sie das Basisgerät in der Hand und **drücken Sie auf den AN/AUS Knopf, bis er nicht mehr blinkt**. Wenn Sie einen externen Akku verwenden, entfernen Sie das USB-Kabel vom Basisgerät (siehe Seite 14).

Reinigung


Nach jeder Inhalationsanwendung bitte **sofort** den Verneblerkopf abnehmen, Deckel öffnen und mit klarem Wasser gründlich durchspülen. Eintrocknete Medikamenten- oder Salzreste verstopfen den Mesheinsatz und beschädigen somit das Gerät (Reinigungstipp S. 24).

- ⚠ **Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Reinigung aus und entfernen Sie das USB-Kabel.**
- ⚠ **Reinigen Sie alle verwendeten Teile des Gerätes nach jeder Inhalation wie unten beschrieben.**
- ⚠ **Es wird empfohlen, dass jeder Benutzer seinen eigenen Vernebler und sein eigenes Zubehör verwendet, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.**

A Entfernen Sie alle Teile vom Basisgerät



Maske



Adapter




Mundstück




Verneblerkopf

B Öffnen Sie die Verneblerkammer und entfernen Sie eventuelle Medikamentenreste



C Waschen Sie den Verneblerkopf, Mundstück, Adapter und Maske gründlich in einer Schale mit warmen Wasser aus.

- Spülen Sie den Mesheinsatz vorsichtig aus. Medikamente mit hoher Viskosität können ansonsten nach der Inhalation auf dem Mesheinsatz haften bleiben.
- Berühren Sie den Mesh-einsatz nicht direkt, dadurch kann er beschädigt werden und ist unbrauchbar.




D Nehmen Sie die Teile nach ca. 5 min. heraus. Schalten Sie den Mesh ein, um die Restfeuchtigkeit zu vernebeln und das mesh „durchzupusten“.

E Direkt nach der Reinigung trocknen Sie die Teile mit einem neuen, fusselfreien Tuch.

Lassen Sie alle Teile direkt nach der Reinigung auf einem trockenen, fusselfreien Tuch trocknen.


Tipp: Verwenden Sie ein Moltontuch. Normale Baumwolltücher oder Küchenkrepp können durch Staub oder Fusseln den Mesheinsatz nachhaltig schädigen.



Manuelle Desinfektion

- ⚠ **Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Desinfektion aus und entfernen Sie das USB-Kabel.**
- ⚠ **Desinfizieren Sie alle verwendeten Teile des Gerätes 1x täglich wie unten beschrieben.**

1. Bitte legen Sie den Verneblerkopf für drei Minuten in 75%tige Ethanol Lösung ein. Anschließend lassen Sie ihn in einer sauberen Umgebung und auf einem fusselfreien Tuch komplett trocknen.
2. Das Mundstück und die Masken wischen Sie bitte mit einer 75%tigen Ethanol Lösung ab. Nicht einlegen.
3. Anschließend lassen Sie alle Teile in einer sauberen Umgebung und auf einem fusselfreien Tuch komplett trocknen.



Thermische Desinfektion


Folgende Zubehörteile können thermisch desinfiziert werden:

Verneblerkopf (1), Mundstück (9), Adapter für Silikonmasken (10), Silikonmasken (11) – (siehe S. 6)

Version A

(Dampfsterilisation im Topf)

1. Reinigen Sie den Verneblerkopf und das verwendete Zubehör gründlich, wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.
2. Befüllen Sie einen Topf mit ausreichend kalkarmen Wasser und legen Sie den Verneblerkopf und das Zubehör in ein passendes Sieb.
3. Setzen Sie das Einhängesieb/ den Dauergareinsatz in den Topf ein und überprüfen, dass das Wasser nicht bis zum Sieb reicht! Der Verneblerkopf darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
4. Schliessen Sie den Topf mit einem Deckel.
5. Erhitzen Sie das Wasser im Topf bis es kocht und lassen die Verneblerteile dann 15 min. im Dampf desinfizieren.
6. Warten Sie, bis der Verneblerkopf und das Mundstück abgekühlt sind und entnehmen Sie dann aus dem Sieb. Trocknen Sie sie und bewahren Sie sie in der Tragetasche oder an einem trockenen und staubfreien Ort auf.



Version B

(Babyflaschen Desinfektor - keine Mikrowellengeräte)

Alternativ können die auf S. 23 genannten Verneblerteile mit einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät für Babyflaschen (Vaporisator) desinfiziert werden. Wählen Sie dafür ein Gerät mit einer Laufzeit von mindestens 6 Minuten. Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Vaporisators.

Verstopfte Mesh-Platte

Verwendung Sie für diese Reinigungs-option nur kalkfreies Wasser (z.B. destilliertes Wasser).

Lassen Sie den Verneblerkopf ca. 5 min in warmem Wasser einweichen. Danach nehmen Sie ein weiches Wattestäbchen und feuchten es an (nie trocken anwenden!). Reiben Sie nun vorsichtig über die Mesh-Platte (*siehe Foto*). Dadurch lösen sich die Verkrustungen. Spülen Sie den Verneblerkopf anschließend durch und starten eine Probeverneblung mit destilliertem Wasser (*nicht inhalieren! Nur den Vernebler laufen lassen!*)


Sie sollten eine deutliche Verbesserung sehen. Vernebelt der MicroDrop® Mesh noch immer nicht zufriedenstellend, wiederholen Sie den Vorgang. Reinigen Sie mit dem Wattestäbchen abschließend auch noch einmal die Elektroden, damit ein guter Kontakt zwischen Basisgerät und Verneblerkopf besteht.



Reinigung des Basisgerätes


Wischen Sie das Basisgerät mit einem trockenen Tuch oder maximal leicht feuchtem fusselfreien Tuch ab. Halten Sie vor allem die Elektroden sauber und trocken. Bewahren Sie das Gerät nach dem Zusammensetzen an einem trockenen, staubfreien Ort auf.

Elektroden sauber halten



Austausch des Verneblerkopfes

Die Lebensdauer des Verneblerkopfes beträgt ca. 1 Jahr (bei täglicher Benutzung von 30 min.). Falls der Verneblerkopf nicht mehr korrekt vernebelt, kann dieser als Ersatzteil erworben und einfach ausgetauscht werden (**MicroDrop® mesh** Verneblerkopf Year-Set: Artikel-Nr. M51902-00200).



Wiedereinsatz

Der MicroDrop® mesh ist zum Wiedereinsatz bei Patientenwechsel geeignet. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aufbereitung des MicroDrop mesh wie in den Punkten „Reinigung“ und „Desinfektion / thermische Desinfektion“ beschrieben. Die Teile 1, 3, 5, 6 und 7 müssen vor einem Wiedereinsatz/Patientenwechsel gereinigt und desinfiziert werden. Das Basisgerät (2) kann Wischdesinfiziert werden (bitte achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Gerät eindringt). Alternativ können die Teile 1, 3, 5, 6 und 7 durch neue Teile ersetzt werden.

Technische Daten (Mod. MicroDrop® mesh/ VP-M1)

Anwendungsart	Mesh Vernebelung
Stromquelle	2x AA Alkaline Batterien (3V). Optionales USB-Kabel (Micro USB mit 5V Ausgangsspannung) für Powerbanks
Stromverbrauch	ca. 2W
Betriebsspannung	DC 3V & MicroUSB 5V
Entspricht der:	Richtlinie 93/42/EWG, CE0197
Ultraschallfrequenz	114 kHz
Min. / Max. Füllvolumen	0,2 ml / 8 ml
Abmessungen (H)x(L)x(B)	51 (B) x 124 (H) x 58 (L) mm
Gewicht	96 g ohne Batterien
Lebensdauer Batterie	ca. 90 min mit 2x AA Alkaline Batterien
Lebensdauer Verneblerkammer	ca. 180 Stunden
Material	Mundstück (3) -PC, Masken (5,6) - Silikon, Verneblerkopf (1) – PC
Lebensdauer Maske und Mundstück	ca. 6 Monate - 12 Monate
Lebensdauer Basisgerät und Adapter	ca. 2 Jahre
Aerosoldaten	
MMAD / GSD	3,35 µm* / 1,41
Teilchenspektrum	1 - 5 µm
Verneblungsrate	0,22 ml/min
Massenanteil (0,5 – 5 µm)	62,15 %
Betriebsbedingungen	
Temperatur	min. 10°C; max. 40°C
RH Luftfeuchtigkeit	min. 30 %; max. 85 %
Lagerbedingungen	
Temperatur	min. -20°C; max. 50°C
RH Luftfeuchtigkeit	min. 30 %; max. 85 %
Verschmutzungsgrad	Grad 2
Spannungskategorie	Kategorie 2
Höhenkategorie	≤ 2000m

*gemäß EN 13544-1:2007-A1:2009 Kaskadenimpaktortest

Symbole



Symbol für Vorsicht. Dies ist ein Sicherheitssymbol, mit dem hervorgehoben wird, dass mit den Geräten spezifische Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen verbunden sind, die sonst nicht auf dem Etikett zu finden sind. Das Symbol kann auch bedeuten: Achtung, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.



Hersteller / Herstellungsdatum



Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nach den örtlichen Vorschriften zur getrennten Müllsammmlung und bei einer Sammelstelle entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll zu entsorgen ist, nachdem es seine Nutzungsdauer erreicht hat.



Gerät der Klasse II



Gerät Typ BF



Symbol für „Gebrauchsanweisung muss gelesen werden“; Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung lesen muss.

SN

Seriennummer des Herstellers



Schalter EIN /AUS



In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN-ISO 10993-1 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten“ und mit der europäischen Richtlinie 93/42/EG „Medizinprodukte“ Phthalate frei. In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

IPX2

IPX2 Schutzklasse: IPX“ Schützt gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist.

Entsorgung

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EG zeigt das auf dem Gerät angebrachte Symbol an, dass das zu entsorgende Gerät als Abfall eingestuft wird und somit der „Mülltrennung unterliegt“.

Der Verbraucher muss genannten Abfall den von den Kommunalverwaltungen eingerichteten Sammelstellen zuführen (bzw. zuführen lassen) oder beim Kauf eines neuen gleichartigen Geräts dem Händler übergeben.

Die Mülltrennung sowie die weiteren Schritte der Verarbeitung, der Wiederverwertung und der Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten mit Recyclingmaterial und wirken Schädigungen von Umwelt und Gesundheit, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden könnten, entgegen.

Die vorschriftswidrige Entsorgung des Produkts durch einen Verbraucher kann die Verhängung von in den Umsetzungsgesetzen zur Richtlinie 2012/19/EG vorgesehenen Verwaltungsstrafen von Seiten des Mitgliedsstaats, in welchem das Produkt entsorgt wurde, nach sich ziehen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Der **MicroDrop® mesh** Inhalator ist für die Verwendung unter den unten genannten Bedingungen konzipiert – diese sollten daher unbedingt beachtet und eingehalten werden.

Emissions-Test	Klassifizierung	Elektromagnetisches Umfeld
RF Emission CISPR 11	Gruppe 1	Der MicroDrop® mesh Inhalator verwendet RF Spannung ausschließlich für interne Funktionen. Deshalb sind die RF Spannungen sehr gering und verursachen dadurch sehr unwahrscheinlich Schäden an anderen umliegenden elektronischen Geräten.
RF Emission CISPR 11	Klasse B	Der MicroDrop® mesh Inhalator ist für die Anwendung in allen Einrichtungen geeignet, inklusive Haushalte, die direkt an die niedrige öffentlich Stromversorgung angeschlossen sind.
Oberwellenaussendung IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen / Flicker IEC 61000-3-3	erfüllt	

Bestellinformationen

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® mesh	13928212	M51902-00
MicroDrop® mesh Verneblerkopf –Year-Set	13928229	M51902-00200
MicroDrop® mesh Mundstück	13928235	M51902-00300
Silikon-Erwachsenenmaske	13965087	M51902-00600
Silikon-Kindermaske	14052383	M51902-00900
Adapter AD22/AD22 für Masken	14052414	M51902-01000
MicroDrop® Baby-Set	00022875	M53600-07
MicroDrop® mesh USB-Kabel	13965093	M51902-00700
MicroDrop® mesh Tasche	13928241	M51902-00400
MicroDrop® mesh Basisgerät	13965070	M51902-00800
MicroDrop® mesh Karton	13928258	M51902-00500
MicroDrop® mesh Gebrauchsanweisung	---	M51902-01100
MicroDrop® mesh Prospekt	---	M90010-37800

MPV MEDICAL



MicroDrop® mesh
Instruction manual


EN

Content

	PAGE
Equipment	4
Product description	5
Composition of the MicroDrop® mesh nebulizer	6
How does mesh technology work?	7
Advantages of the MicroDrop® mesh nebulizer	8
Notes on drug nebulization	8
(Contra-) Indications / Important notes	9
Warranty terms	13
Using the USB cable	14
Inserting the batteries / Battery life and replacement	15
Filling the medication	16
Attaching the mouthpiece or silicone masks	18
Connecting the silicone baby mask (optional accessory)	18
Start / end inhalation process	19
Cleaning	20
Disinfection	22
Thermal disinfection	23
Clogged mesh plate	24
Cleaning the basic unit	25
Replacing the nebulizer head / Reusage / multiple patient use	25
Technical data	26
Symbols	27
Disposal / Electromagnetic Compatibility	28
Ordering information	29

Equipment

1




3



5



7




9



2



4



6



8



MicroDrop[®] mesh

Professional inhalation device for the lower respiratory tract

We congratulate you on your purchase and thank you for your confidence.


We have set ourselves the goal of meeting the expectations of our customers and offering modern products for the treatment of respiratory diseases.

Read the instructions for use carefully and keep them in a safe place so that you can consult them later. The device should be used in accordance with the instructions for use. It is a medical device for use at home. It should be used with medications prescribed or recommended by the doctor.

You can find out more about the entire MPV MEDICAL product range on the website **MPV MEDICAL**.

1. Nebulizer head
2. Base unit
3. Mouthpiece
4. 2x AA batteries
5. Silicone adult mask
6. Silicone child mask
7. Adapter for masks
8. Storage bag
9. USB cable

Composition of the of the MicroDrop® mesh nebulizer



- | | | |
|------------------|---|-------------------------------|
| 1 Nebulizer head | 5 ON / OFF Button | 9 Mouthpiece |
| 2 Mesh plate | 6 Button for releasing the nebulizer head | 10 Adapter for silicone masks |
| 3 Electrodes | 7 USB connection | 11 Silicone masks |
| 4 Base unit | 8 Battery compartment | |


How does mesh technology work?

A mesh nebulizer works differently than a conventional compressor inhaler and is therefore particularly quiet and light.

Inside the nebulizer head there is a curved base plate with precision drilled holes - similar to a sieve. All holes are exactly the same size.

Now you fill the medicine on this base plate. Due to the surface tension its „floats“ on the plate. As soon as the device is switched on, a so-called piezo element causes vibrations which are transmitted to the plate (similar to ultrasound technology). The vibrations pump the medication through the holes in the base plate.

The very uniform droplet size of the aerosol is determined by the diameter of the holes.



Advantages of the MicroDrop® mesh nebulizer

The MicroDrop® mesh has the advantage that it is very small and quiet and the inhalate is not heated. This makes mobile and discrete inhalation possible everywhere:

- Especially fine particles: 3.35 µm MMAD (ISO 27427:2019 Annex D)
- Very high proportion of fine particles RF < 5 µm: 62.15%
- Simple power supply: via standard AA batteries or USB cable (on the computer, in the car or power bank)
- easy to hold: only 96 g without batteries
- residual inhalate: 0.01 mg, complete nebulization of the entire inhalate possible, this saves medication
- Biocompatible materials and DEHP/phthalate-free
- Quiet and discreet; almost silent fogging is possible

Notes on drug nebulization

Occasionally it can be observed that suspensions can cause foaming or clogging of the mesh holes. Please contact the manufacturer of the medication or your pharmacist in advance to clarify whether the prescribed medication is suitable for mesh nebulizers.

(Contra-) Indications

The device is used for the treatment of functional and / or structural damage of the lower respiratory tract in lung diseases (eg chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, cystic fibrosis, emphysema, bronchiectasis, pulmonary fibrosis, lung mycosis)

Contraindications:

Device must not be integrated into ventilation systems. For the treatment of babies and toddlers who cannot inhale with the mouthpiece, there are special masks and baby angles. The nebulizers are only suitable for patients who can breathe independently and are conscious.

Important notes

⚠ Check the nebulizer and accessories for possible damage before first use and regularly throughout the life of the product. If these parts have cable damage, take the device immediately to the dealer from whom you purchased the device.

- In the presence of children and persons in need of care, the device must be used under the strict supervision of an adult who has read the instructions for use.
- Some parts of the device are so small that they can be swallowed by children; therefore, keep the device out of the reach of children.

- Do not use the device's cable for any purpose other than that stated, as there is a risk of strangulation. Special attention must be paid to children and persons with special disabilities. Usually these people are not able to assess the danger correctly.
- The device must not be used with an anaesthetic mixture which may ignite on contact with air or oxygen or nitrous oxide (laughing gas).
- Always keep USB cable away from warm surfaces.
- Keep the USB cable away from animals (e.g. rodents) as they may damage the insulation of the USB cable.
- Do not touch the appliance with wet hands and do not use the appliance in damp rooms (e.g. when showering or bathing). Do not immerse the appliance in water. If it should happen, take the device immediately to your dealer.
- Only use the device in a dust-free environment in order not to influence the therapy.
- The unit housing is not waterproof and liquids may enter the unit. Do not clean the unit under flow water and do not immerse it in water.
- Keep the unit away from water splashes or other liquids.

Do not expose the device to extreme temperature fluctuations.

- Do not place the device near heat sources, in sunlight or in rooms that are too hot.
- Repairs may only be carried out by authorized personnel. Failure to do so will void the warranty and endanger the user.

** Do not make any changes to the unit without the prior approval of the manufacturer.**

- The manufacturer, the seller and the importer are only liable for the safety, reliability and performance of the apparatus if: a) it is used in accordance with the instructions for use and b) the electrical system of the room in which it is used complies with the regulations and applicable laws.
- Interactions: The materials used to come into contact with the drugs have been tested with a wide range of drugs. Nevertheless, it is not possible to exclude interactions due to the diversity and continuous development of medicinal products. We therefore recommend using up medicines as soon as possible after opening and avoiding prolonged contact with the nebulizer.
- The manufacturer should be contacted to report problems and/or unexpected incidents during operation.
- **Maintenance:** This product is maintenance free.

⚠ This product is a medical device. Make sure that you follow the instructions in this manual and your doctor's instructions to use this product correctly.

- Please follow your doctor's instructions regarding medication, dosage and duration of use.
- The technical specifications of the device may vary slightly depending on the medication filled.
- This occurs particularly with drugs with high surface tension or viscosity. The nebulization rate may then be reduced under certain circumstances.
- The nebulization rate may also decrease if the medication is at a low temperature.
- Do not inhale drinking or tap water in the fogging chamber. This may lead to a worsening of your symptoms.
- Never force the unit open. This could lead to damage.
- Never clean the mesh insert with a cloth or needle. This leads to damage to the device and to a reduction in therapy efficiency.
- Do not allow any medication liquid to drip on the housing. If this happens, clean it immediately with a dry cloth.
- Do not drop the device or subject it to coarse forces. This can lead to damage to the device.

Warranty terms


A warranty of 2 years from date of purchase is granted for all defects caused by design and materials used.

- The warranty consists of free repair or replacement of the defective parts with original spare parts.
- The warranty does not cover accessories supplied with the unit or parts subject to normal wear and tear.
- The device may only be repaired by an authorized dealer or at the MPV MEDICAL Service Center.
- The unit must be returned for repair within 8 days of the defect occurring.
- Costs for the transport of the equipment shall be borne by the customer.
- Repairs that are not covered by the warranty conditions are at the expense of the customer.
- The warranty does not cover damage caused by improper use, misuse, intentional damage, dropping, force majeure, or transportation.
- The warranty does not include compensation for any personal injury or damage to property, direct or indirect, resulting from the malfunction of the equipment.
- The warranty is valid from the date of purchase on the sales receipt (receipt or invoice).

Using the USB cable

The unit is powered by batteries or a USB cable.

- ⚠ Please note that the USB cable must be connected with **Micro-USB-connection** is designed for a voltage of 5V.




Connect the cable to the base unit, as shown in the figure. You can connect the USB plug either to a standard power bank (not included) or to the mains in the car or house via an appropriate adapter. Please pay attention to the correct connections and voltage specifications of the respective network.

Inserting the batteries

- ⚠ Please note that you are not using rechargeable batteries in this device but standard AA alkaline batteries!

1. Open the battery compartment
2. Insert the 2x AA batteries and make sure that the polarity is correct.
3. Close the battery compartment.



Battery life and replacement


- If alkaline batteries are used, the **MicroDrop® mesh** can be used for approx. 3 days (with an application duration of approx. 30 min. per day).
- If the light of the ON/OFF switch flashes quickly, the batteries will soon run out. Replace the batteries with two new ones.

Please note:


- Never insert the batteries with the wrong polarity (+ and -).
- Replace empty batteries with new ones immediately.
- If you do not want to use the device for more than 3 months, remove the batteries. Otherwise the batteries may leak and damage the device.
- Only use the recommended batteries for the operation of the device. Do not use old or half-empty batteries.

Filling the medication

- ⚠ **Before each use, prepare the nebulizer head and accessories as described in the section „Cleaning and Disinfection“.**
- ⚠ **It is recommended that the nebulizer head and accessories are always used by the same person to avoid the risk of infection.**



1. Open the nebulizer head.




2. Fill the nebulizer chamber with the inhalation solution (max. 8 ml).
In case of over-filling, solution leaks during inhalation.




3. Close the nebulizer head tightly.

Alternatively, you can also fill the nebulizer chamber if the nebulizer head has been removed from the basic unit. Remove the nebulizer head from the base unit as described below and fill the chamber. Close the nebulizer chamber tightly and then reinsert the nebulizer head onto the base unit.



1. Press and hold the nebulizer head button and pull it forward from the base unit.




2. Connect the nebulizer head to the base unit by plugging it on from the front. One „Click noise“ confirms correct fit.


Plugging in the mouthpiece or the

silicone masks

- !** Inhalation with a mouthpiece is the most effective method. Mask inhalation is only recommended for persons who cannot inhale with the mouthpiece (children under 5 years of age or elderly or physically handicapped persons).



Plugging in the mouthpiece



Plugging in the mask

Connecting the silicone baby mask (optional accessory)



To connect the baby mask to the nebulizer, attach the short side of the baby angle (optional listening option) to the nozzle of the nebulizer head. Then place the mask on the long side of the contra-angle handpiece.



Start inhalation process

Hold the base unit in your hand and **press the ON/OFF button**.

The background light of the **ON/OFF** button flashes slowly (approx. 4 sec. interval) during inhalation.



If too much condensate or saliva accumulates on the outside of the nebulizer head, nebulization may stop. Please switch the device off and on again. If the device then does not fog, switch it off again and remove the moisture by shaking the nebulizer head or using a lint-free cloth. Then turn it back on.

- If the drug used has a high surface activity, it can flow out of the mesh insert. The **MicroDrop® mesh** may then exhibit a reduced nebulization rate.
- A hissing noise during inhalation is normal and is not a problem.

End inhalation process

Hold the base unit in your hand and **press the ON/OFF button until it stops flashing**. If you are using an external battery, remove the USB cable from the base unit (see page 14).

Cleaning


After each inhalation application, please remove the nebulizer head immediately and rinse the lid thoroughly with clean water. Dried medication or salt residues clog the mesh insert and damage the device (See page 24!).

- ⚠ Before cleaning, turn off the power and remove the USB cable.
- ⚠ Clean all used parts of the device after each inhalation as described below.
- ⚠ It is recommended that each user use their own nebulizer and accessories to prevent cross-infections.

A Remove all parts from the base unit.



Mask



Adapter




Mouthpiece




Nebulizer head

B Open the nebulizer chamber and remove any residual medication.



C Wash the nebulizer head, mouthpiece, adapter and mask thoroughly in a bowl with warm water.


- Rinse the mesh insert carefully if you are using a medicine with high surface activity or viscosity as these can adhere to the mesh insert after inhalation.
- Do not touch the mesh insert directly as it may be damaged and unusable.



D Take the pieces out, after app. 5 minutes. Attache the nebulizer head to the main unit and start nebulization with the residual moisture (do not inhale!). This will „blow the mesh through“.

E Immediately after cleaning, dry the parts with a new, lint-free cloth.

Let all parts dry immediately after cleaning on a dry, lint-free cloth.




Tip: Use a molleton cloth. Normal cotton cloths or kitchen paper can cause lasting damage to the mesh insert through dust or fluff.

Manual Disinfection

- ⚠ **Switch off the device before starting disinfection and remove the USB cable.**
- ⚠ **Disinfect all used parts of the device 1x daily as described below.**

1. Please place the nebulizer head in 75% ethanol solution for three minutes. Then let it dry completely in a clean environment and on a lint-free cloth.
2. Wipe the mouthpiece and masks with a 75% ethanol solution. Do not insert.
3. Then allow all parts to dry completely in a clean environment and on a lint-free cloth.



Thermal disinfection


The following accessories can be thermally disinfected:

Nebulizer head (1), mouthpiece (9), adapter for silicone masks (10), silicone masks (11) - (see page 6)

Version A

(Steam sterilization in pot)

1. Thoroughly clean the nebulizer head and the used accessory as described in the „Cleaning“ section.
2. Fill a pot with sufficient low-calcification water and place the nebulizer-head and the accessories in a suitable sieve.
3. Insert the hanging sieve/continuous fermentation insert into the pot and check that the water does not reach the sieve! The nebulizer head must not come into contact with water.
4. Close the pot with a lid.
5. Heat the water in the pot until it boils and then let the nebulizer parts disinfect in steam for 15 minutes.
6. Wait until the nebulizer head and mouthpiece have cooled and then remove from the sieve. Dry them and store them in the carrier bag or in a dry and dust-free place.



Version B

(Baby bottles disinfecter - no microwave ovens)

All nebulizer parts listed on page 18 can be disinfected with a standard thermal disinfecter for baby bottles (vaporizer). Select a device with a running time of at least 6 minutes. Please follow the instructions for use of the vaporizer carefully.

Clogged mesh plate

Only use lime-free water for this cleaning option (e.B. distilled water). Leave the nebulizer head about 5 min soak in warm water (up to 60°C).

After that, take a soft cotton swab and damp it in distilled water (never apply dry!). Now rub carefully over the mesh plate (see photo). This loosens the incrustations.

Rinse the nebulizer head and start a nebulization with distilled water (do not inhale!)

You should see a significant improvement. Does the MicroDrop® mesh still not nebulize satisfactory, repeat the process. Finally clean the electrodes with the cotton swab, so a good contact between the base unit and the nebulizer head is guaranteed.




Cleaning the basic unit

Wipe the basic unit with a dry cloth or a slightly damp cloth.


Keep the electrodes clean and dry. After assembly, store the device in a dry, dust-free place.

Keep electrodes clean



Replacing the nebulizer head

The service life of the nebulizer head is approx. 1 year (with daily use of 30 min.). If the nebulizer head no longer nebulizes correctly, it can be purchased as a spare part and easily replaced (**MicroDrop® mesh** nebulizer head Year-Set: Item No. M51902-00200).



Reusage / multiple patient use

The MicroDrop® mesh is suitable for multiple patient use. Please read the instructions for „Cleaning“ and „Disinfection/ Thermal disinfection“. Parts 1, 3, 5, 6 and 7 must be cleaned and disinfected before reuse / change of patient. The base unit (2) can be wiped disinfected (please make sure that no moisture penetrates into the unit). Alternatively parts 1, 3, 5, 6 and 7 can be replaced by new parts.

Technical data (Mod. MicroDrop® mesh/ VP-M1)

Application type	Mesh Fogging
Power source	2x AA Alkaline batteries (3V). Optional USB cable (Micro USB with 5V output voltage) for Powerbanks
Power consumption	approx. 2W
Operating Voltage	DC 3V & MicroUSB 5V
It's the same:	Directive 93/42/EWG, CE0197
Ultrasonic frequency	114 kHz
Min. / Max. filling volume	0.2ml / 8 ml
Dimensions (H)x(L)x(B)	51 (W) x 124 (H) x 58 (L)
Weight	96 g without batteries
Battery life	approx. 90 min with 2x AA Alkaline batteries
Life time Nebulizer chamber	approx. 180 hours
Material	Mouthpiece (3) -PC, Masks (5,6) - Silicone, mesh head (1) – PC
Lifetime masks and mouth-piece	app. 6-12 month
Lifetime main unit and adapter	app. 2 years
Aerosols	
MMAD / GSD	3.35 µm* / 1,41
Particlesize	1 - 5 µm
Nebulization rate	0.22 ml/min
Respirable Fraction (0.5 - 5 µm)	62,15 %
Operating conditions	
Temperature	min. 10°C; max. 40°C
RH Humidity	min. 30 %; max. 85 %
Storage conditions	
Temperature	min. -20°C; max. 50°C
RH Humidity	min. 30 %; max. 85 %
Degree of contamination	Grade 2
Voltage category	Category 2
Altitude category	≤ 2000m

*according to EN 13544-1:2007+A1:2009 Cascade impactor

We reserve the right to change technical specifications or the appearance of the device without prior notice.

Symbols



Symbol for caution. This is a safety symbol that indicates that the equipment is associated with specific warnings or precautions that are not otherwise indicated on the label. The symbol can also mean: Attention, please follow the instructions for use.



Manufacturer / Date of manufacture



The symbol indicates that the product must be disposed of in accordance with local regulations for separate collection and at a collection point and should not be disposed of with household waste after it has reached the end of its useful life.



Class II apparatus



Device Type BF



Symbol for „Instructions for use must be read“; Indicates that the user must read the instructions for use.

SN

Serial number of the manufacturer



ON/OFF switch



In accordance with the European standard EN- ISO 10993-1 „Biological evaluation of medical devices“ and with the European Directive 93/42/EC „Medical devices“ phthalates free.
In accordance with Regulation (EC) No 1907/2006.

IPX2

IPX2 Protection class: IPX“ Protects against dripping water if the housing is inclined up to 15°.

Disposal

In accordance with Directive 2012/19/EC, the symbol affixed to the device indicates that the device to be disposed of is classified as waste and is therefore subject to „waste separation“. The consumer must deliver the specified waste to the collection points set up by the municipal administrations (or have them delivered) or hand it over to the dealer when purchasing a new device of the same type.

The separation of waste as well as the further steps of processing, recycling and disposal promote the production of equipment with recycled material and counteract damage to the environment and health which could be caused by inappropriate waste disposal.

The illegal disposal of the product by a consumer may result in the imposition of administrative penalties by the Member State in which the product has been disposed of, as provided for in the laws transposing Directive 2012/19/EC.

Electromagnetic Compatibility

The **MicroDrop® mesh** inhaler is designed for use under the conditions listed below - these should therefore be observed and adhered to.

Emission test	Classification	Electromagnetic environment
RF Emission CISPR 11	Group 1	The MicroDrop® mesh inhaler uses RF voltage exclusively for internal functions. Therefore, the RF voltages are very low and therefore cause very unlikely damage to other surrounding electronic devices.
RF Emission CISPR 11	Class B	The MicroDrop® mesh inhaler is suitable for use in all facilities, including households directly connected to the low public power supply.
Harmonics external IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations / flicker IEC 61000-3-3	preprocessed	

Ordering information

DESIGNATION	PZN	ARTICLE NO.
MicroDrop® mesh	13928212	M51902-00
MicroDrop® mesh nebulizer head -Year-Set	13928229	M51902-00200
MicroDrop® mesh Mouthpiece	13928235	M51902-00300
Silicone adult mask	13965087	M51902-00600
Silicone child mask	14052383	M51902-00900
Adapter AD22/AD22 for masks	14052414	M51902-01000
MicroDrop® Baby-Set	00022875	M53600-07
MicroDrop® mesh USB cable	13965093	M51902-00700
MicroDrop® mesh bag	13928241	M51902-00400
MicroDrop® mesh basic unit	13965070	M51902-00800
MicroDrop® mesh Cardboard	13928258	M51902-00500
MicroDrop® mesh Instructions for Use	---	M51902-01100
MicroDrop® mesh brochure	---	M90010-37800

**Hersteller / Manufacturer:**

Vapo Healthcare Co., Ltd.
Southern unit of third floor, building B, No. 99 Yudai West Rd,
High tech district, Kunshan, Suzhou, 215301 Jiangsu Province, P.R.China

**Vertrieb / Distributor:**

MPV MEDICAL GmbH
Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim
GERMANY
Tel +49 (0)89 7299 700-0
www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

**EU Representative:**

Share Info GmbH
Heerdter Lohweg 83
40549 Düsseldorf



Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EU Richtlinie 93 / 42 / EEC und nachfolgenden Änderungen.



Entsorgung über eine Sammelstelle oder durch Zurücksendung an MPV MEDICAL.

DE 87779314

MPV MEDICAL

Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim bei München
GERMANY

Tel. +49 (0)89 7299 700-0
Fax +49 (0)89 7299 700-99

www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

Notified Body:

TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystraße 2, 90431
Nürnberg / GERMANY



Management
System
EN ISO
13485:2016

www.tuv.com
ID 9000011887

